



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
8.778—
2011

Государственная система обеспечения
единства измерений

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ВОДЯНЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Метрологическое обеспечение.
Основные положения

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2013

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным бюджетным учреждением «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Томской области» (ФБУ «Томский ЦСМ»)

2 ВНЕСЕН Управлением метрологии Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г. № 1124-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ, 2013

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

II

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Основные термины и определения	2
4 Сокращения	3
5 Общие положения	3
6 Нормирование метрологических характеристик	4
7 Метрологическая экспертиза технической документации	4
8 Испытания в целях утверждения типа. Утверждение типа	5
9 Поверка. Калибровка	5
10 Метрологический надзор	5
Приложение А (рекомендуемое) Классификация средств измерений тепловой энергии и параметров теплоносителя в водяных системах теплоснабжения	6
Приложение Б (рекомендуемое) Требования к метрологическому обеспечению измерительных систем тепловой энергии в зависимости от классификационных признаков	8
Приложение В (рекомендуемое) Виды деятельности по метрологическому обеспечению на стадиях жизненного цикла измерительных систем тепловой энергии	10
Приложение Г (рекомендуемое) Требования к регламентации состава и характеристик измерительных каналов измерительных систем тепловой энергии	11
Приложение Д (рекомендуемое) Требования к метрологическому обеспечению автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета тепловой энергии	13
Библиография	14

Государственная система обеспечения единства измерений

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ВОДЯНЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Метрологическое обеспечение. Основные положения

State system for ensuring the uniformity of measurements. Measuring instruments of heat energy hot-water heating systems. Metrological assurance. Main principles

Дата введения — 2013—03—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на средства измерений тепловой энергии и параметров теплоносителя в водяных системах теплоснабжения и устанавливает основные положения, относящиеся к их метрологическому обеспечению на стадиях жизненного цикла.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 8.563—2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений

ГОСТ Р 8.591—2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Теплосчетчики двухканальные для водяных систем теплоснабжения. Нормирование пределов допускаемой погрешности при измерениях потребленной абонентами тепловой энергии

ГОСТ Р 8.592—2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Тепловая энергия, потребленная абонентами водяных систем теплоснабжения. Типовая методика выполнения измерений

ГОСТ Р 8.596—2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения

ГОСТ Р 8.642—2008 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем узлов учета тепловой энергии. Основные положения

ГОСТ Р 8.654—2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к программному обеспечению средств измерений. Основные положения

ГОСТ Р 8.674—2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Общие требования к средствам измерений и техническим системам и устройствам с измерительными функциями

ГОСТ Р 51649—2000 Теплосчетчики для водяных систем теплоснабжения. Общие технические условия

ГОСТ Р ЕН 1434-1—2011 Теплосчетчики. Часть 1. Общие требования

ГОСТ Р ЕН 1434-2—2011 Теплосчетчики. Часть 2. Требования к конструкции

ГОСТ Р ЕН 1434-3—2011 Теплосчетчики. Часть 3. Обмен данными и интерфейсы

ГОСТ Р ЕН 1434-4—2011 Теплосчетчики. Часть 4. Испытания с целью утверждения типа

ГОСТ Р ЕН 1434-5—2011 Теплосчетчики. Часть 5. Первичная поверка

ГОСТ Р ЕН 1434-6—2011 Теплосчетчики. Часть 6. Установка, ввод в эксплуатацию, контроль, техническое обслуживание

ГОСТ 8.009—84 Государственная система обеспечения единства измерений. Нормируемые метрологические характеристики средств измерений

Издание официальное

1

ГОСТ 8.586.2—2005 (ИСО 5167-2:2003) Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 2. Диафрагмы. Технические требования

ГОСТ 26.011—80 Средства измерений и автоматизации. Сигналы тока и напряжения электрические непрерывные входные и выходные

ГОСТ 34.201—89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем

ГОСТ 34.601—90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания

ГОСТ 34.602—89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы

ГОСТ 6651—2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Основные термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 8.596, рекомендациям [1], а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1

коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя: Установление количества и качества тепловой энергии, теплоносителя, производимых, передаваемых или потребляемых за определенный период, с помощью приборов учета тепловой энергии, теплоносителя или расчетным путем в целях использования сторонами при расчетах в соответствии с договорами.

[Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» [2], статья 2, определение 13]

3.2 автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета тепловой энергии; АИИС КУТЭ: Совокупность функционально объединенных измерительно-информационных и информационно-вычислительных комплексов точек учета тепловой энергии и параметров теплоносителя, информационно-вычислительного комплекса и системы обеспечения единого времени, выполняющая функции проведения измерений, информирования о состоянии объектов и средств измерений, а также передачи полученной информации в интегрированную автоматизированную систему управления коммерческим учетом тепловой энергии и параметров теплоносителя в автоматизированном режиме.

3.3

система теплоснабжения: Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями.

[Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» [2], статья 2, определение 14]

П р и м е ч а н и е — Системы теплоснабжения, в качестве теплоносителя в которых используют воду, называют водяными системами теплоснабжения.

3.4

тепловая энергия: Энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление).

[Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» [2], статья 2, определение 1]

П р и м е ч а н и е — В настоящем стандарте термины «тепловая энергия» и «количество теплоты» приняты как эквивалентные.

3.5

теплосчетчик: Техническое средство, предназначенное для измерения тепловой энергии, отдаваемой жидкостью (теплоносителем), а также хранения, отображения и передачи результатов измерений.

Теплосчетчик представляет собой техническое средство в виде единой законченной конструкции либо в виде соединения составных частей: датчика расхода, датчиков температуры, вычислителя.

[Методические рекомендации по техническим требованиям к системам и приборам учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии (утверждены приказом Минпромторга России от 21 января 2011 г. № 57) [3]]

3.6

точка учета тепловой энергии, теплоносителя (точка учета): Место в системе теплоснабжения, в котором с помощью приборов учета или расчетным путем устанавливаются количество и качество производимых, передаваемых или потребляемых тепловой энергии, теплоносителя для целей коммерческого учета.

[Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» [2], статья 1, определение 24]

4 Сокращения

В настоящем стандарте использованы следующие сокращения:

АИИС КУТЭ — автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета тепловой энергии;

ВСТС — водяная система теплоснабжения;

ЖКХ — жилищно-коммунальное хозяйство;

ИВК — измерительно-вычислительный комплекс;

ИК — измерительный канал;

ИС — измерительная система;

ИС ТЭ — измерительная система тепловой энергии;

МО — метрологическое обеспечение;

МХ — метрологические характеристики;

ПО — программное обеспечение;

РТС — районная тепловая станция;

СИ — средство измерений;

СОЕВ — система обеспечения единого времени;

ТЭ — тепловая энергия;

ТЭЦ — теплоэлектроцентраль;

ЦТП — центральный тепловой пункт.

5 Общие положения

5.1 Для измерений ТЭ и параметров теплоносителя могут быть применены различные средства измерительной техники (приложение А) в зависимости от вида и сложности систем водяного теплоснабжения, целей учета энергоносителей, экономических критериев:

- измерительные преобразователи — преобразователи расхода (массового или объемного), температуры, разности температур, давления;
- измерительные приборы — теплосчетчики по 3.5 (одноканальные, многоканальные);
- измерительно-вычислительные комплексы — тепловычислители, ИВК;
- измерительные системы — ИС ТЭ, АИИС КУТЭ.

5.2 СИ для измерений ТЭ и параметров теплоносителя в водяных системах теплоснабжения разрабатывают в соответствии с требованиями Федерального закона [4], методических рекомендаций [3], ГОСТ Р 8.591, ГОСТ Р 8.592, ГОСТ Р 8.596, ГОСТ Р 8.642, ГОСТ Р 8.654, ГОСТ Р 8.674, ГОСТ Р 51649, ГОСТ Р ЕН 1434-1—ГОСТ Р ЕН 1434-6, ГОСТ 8.586.2, ГОСТ 34.201, ГОСТ 34.601, ГОСТ 34.602, нормативных документов на средства измерений расхода теплоносителя, температуры, давления, тепловой энергии, а также требованиями настоящего стандарта.

5.3 СИ для измерений тепловой энергии и параметров теплоносителя в ВСТС в целях коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя должны соответствовать техническим и метрологическим требованиям, установленным законодательством Российской Федерации [2]—[4].

5.4 Метрологическое обеспечение СИ для измерений тепловой энергии и параметров теплоносителя в ВСТС включает в себя следующие виды деятельности:

- нормирование и расчет метрологических характеристик СИ, в том числе теплосчетчиков, измерительных каналов ИС ТЭ и АИИС КУТЭ;
- метрологическую экспертизу технической документации;
- испытания в целях утверждения типа, утверждение типа СИ;
- разработку и аттестацию методики (метода) измерений тепловой энергии;
- поверку или калибровку СИ;
- метрологический контроль и надзор.

5.4.1 Требования к метрологическому обеспечению ИС ТЭ в зависимости от различных классификационных признаков приведены в приложении Б. Виды деятельности, относящиеся к МО на стадиях жизненного цикла ИС ТЭ, приведены в приложении В.

5.4.2 Требования к метрологическому обеспечению АИИС КУТЭ приведены в приложении Г.

6 Нормирование метрологических характеристик

6.1 Метрологические характеристики нормируют для СИ измерений тепловой энергии и параметров теплоносителя в ВСТС с учетом требований ГОСТ 8.009 и ГОСТ Р 8.674.

6.2 Нормирование МХ СИ должно обеспечивать:

- расчет погрешности измерений тепловой энергии и параметров теплоносителя с помощью СИ в нормальных условиях;

- расчет приписываемых характеристик погрешности измерений тепловой энергии и параметров теплоносителя с помощью СИ в рабочих условиях эксплуатации, который выполняют с учетом требований ГОСТ Р 8.563;

- определение метрологических характеристик СИ при испытаниях в целях утверждения типа;

- контроль МХ при поверке СИ.

6.3 Для СИ должны быть нормированы следующие МХ:

- пределы допускаемой погрешности измерений в рабочих условиях эксплуатации или пределы допускаемых основной и дополнительных погрешностей (или функции влияния внешних воздействующих факторов);

- погрешности измерений времени и интервалов времени.

6.3.1 Нормирование МХ ИС не исключает нормирования МХ отдельных СИ (измерительных преобразователей, приборов, ИК ИС ТЭ, ИК АИИС КУТЭ).

6.3.2 Требования к регламентации состава и характеристик ИС ТЭ приведены в приложении Г.

6.4 Программное обеспечение СИ должно соответствовать общим требованиям по ГОСТ Р 8.654.

6.5 Интервалы между поверками и между калибровками СИ для измерений тепловой энергии и параметров теплоносителя в водяных системах теплоснабжения устанавливают и корректируют в соответствии с рекомендациями [5].

7 Метрологическая экспертиза технической документации

7.1 Метрологическую экспертизу технической документации на СИ для измерений тепловой энергии и параметров теплоносителя в ВСТС проводят в соответствии с требованиями Федерального закона [4].

7.2 В общем случае метрологической экспертизе подвергают следующую документацию:

- техническое задание или заменяющий его документ на разработку СИ;

- проектную, рабочую, конструкторскую, технологическую и эксплуатационную документацию, содержащую требования к монтажу, установке, настройке и эксплуатации СИ, а также документацию на программное обеспечение;

- проект методики (метода) измерений тепловой энергии и параметров теплоносителя с помощью СИ, представленный на аттестацию по ГОСТ Р 8.563.

8 Испытания в целях утверждения типа. Утверждение типа

8.1 Для СИ для измерений тепловой энергии и параметров теплоносителя в ВСТС, предназначенных для применения в сфере государственного регулирования в области обеспечения единства измерений, должны быть в установленном порядке проведены испытания в целях утверждения типа и утверждение типа в соответствии с требованиями Федерального закона [4].

8.2 Испытания в целях утверждения типа СИ проводят по программам и в порядке, изложенном в рекомендациях [6]—[9], документе [10].

8.3 Проверку ПО в рамках испытаний в целях утверждения типа СИ проводят в соответствии с ГОСТ Р 8.654, рекомендациями [7]—[9].

8.4 При необходимости и при выполнении измерений тепловой энергии и параметров теплоносителя в водяных системах теплоснабжения в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона [4] методики (методы) измерений с использованием СИ аттестуют в установленном порядке по ГОСТ Р 8.563, ГОСТ Р 8.591, ГОСТ Р 8.592.

9 Поверка. Калибровка

9.1 СИ для измерений тепловой энергии и параметров теплоносителя в ВСТС, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования в области обеспечения единства измерений, должны быть подвергнуты в установленном Федеральным законом [4] порядке процедуре поверки.

9.2 Первичную поверку СИ выполняют перед вводом в промышленную (постоянную) эксплуатацию и после ремонта.

9.3 Периодическую поверку СИ выполняют в процессе эксплуатации через установленный интервал между поверками.

9.4 При поверке проверяют соответствие идентификационных признаков используемого в составе СИ ПО идентификационным признакам, указанным в описании типа.

9.5 СИ, не предназначенные для применения в сфере государственного регулирования в области обеспечения единства измерений, должны быть подвергнуты калибровке в том порядке, который установлен изготовителем или владельцем СИ и регламентирован в эксплуатационных документах на СИ или методике калибровки по правилам [11].

10 Метрологический надзор

10.1 За СИ, предназначенными для применения в сфере государственного регулирования в области обеспечения единства измерений, необходимо осуществлять государственный метрологический надзор в соответствии со статьями 15, 16 Федерального закона [4].

10.2 Внутренний метрологический надзор осуществляют метрологические службы юридических лиц в установленном порядке согласно рекомендациям [12].

Приложение А
(рекомендуемое)

Классификация средств измерений тепловой энергии и параметров теплоносителя в водяных системах теплоснабжения

Таблица А.1

Средства измерений (в соответствии с рекоменда- циями [1])	Назначение	Примеры реализации	Особенность применения	Область применения (преимущественная)	Требования к МО для целей коммерческого учета тепловой энергии
1 Изме- рительные преобразо- ватели	Измеритель- ное transforma- ция параметров теплоносителя: - расхода (массового или объемного); - температу- ры; - разности температур; - давления	Расходомеры Термометры сопротивления Комплекты термометров со- противления Преобразова- тели давления	Для изме- рений тепловой энергии могут быть использо- ваны лишь после их объединения в составе тепло- счетчиков ИВК, ИС ТЭ, выпол- ненных как ИС-1 или ИС-2 по ГОСТ Р 8.596	В составе узлов учета теп- ловой энергии на источниках и у по- требителей теп- ловой энергии	1 Изме- рительные преоб- разователи должны быть утвержденного типа, поверены. 2 ИВК или ИС ТЭ, в состав кото- рых входят изме- рительные преобразова- тели, должны быть утвержденного типа, поверены
2 Изме- рительные приборы	Измерение тепловой энер- гии. Измерение времени	Теплосчетчи- ки одноканаль- ные, содержащие в своем составе только один ка- нал измерений тепловой энергии Теплосчетчи- ки многоканаль- ные, содержащие в своем составе более одного ка- нала измерений тепловой энергии	В системах теплоснабжения: - с одним или двумя измери- тельными преоб- разователями расхода (расхо- домерами); - с одним или двумя измери- тельными преоб- разователями температуры (термометрами сопротивления); - с аналоговы- ми выходными сигналами. Обра- зуют ИС-1 по ГОСТ Р 8.596	Узлы учета тепловой энергии в закрытых систе- мах теплоснаб- жения потреби- телей Узлы учета тепловой энергии в ЖКХ и на про- мышленных предприятиях	1 Изме- рительные преоб- разователи и измерительные приборы должны быть утвержден- ного типа, пове- рены. 2 Изме- рительные прибо- ры, ИВК и ИС ТЭ, в состав которых входят изме- рительные преоб- разователи, должны быть утвержденного типа, поверены. 3 Требуется проверка неиз- менности про- граммного обес- печения и защи- щенности про- граммного обес- печения и ре- зультатов изме- рений от несанк- ционированного изменения

Окончание таблицы А.1

Средства измерений (в соответствии с рекомендациями [1])	Назначение	Примеры реализации	Особенность применения	Область применения (преимущественная)	Требования к МО для целей коммерческого учета тепловой энергии
3 Измерительно-вычислительные комплексы (ИВК)	Вычисление тепловой энергии. Измерение времени	Тепловычислители	Совместно с измерительными преобразователями (по пункту 1 таблицы А.1) с цифровыми выходными сигналами. Образуют ИС-1 по ГОСТ Р 8.596	Узлы учета тепловой энергии на промышленных предприятиях	1 Измерительные преобразователи и измерительные приборы, входящие в состав ИВК, должны быть утвержденного типа, поверены. 2 ИВК, в состав которых входят измерительные преобразователи и измерительные приборы, должны быть утвержденного типа, поверены.
	Измерение тепловой энергии. Измерение времени	Измерительно-вычислительные комплексы, в том числе включающие в себя стандартные сужающие устройства по ГОСТ 8.586.2	В системах теплоснабжения совместно с измерительными преобразователями расхода (расходомерами), температуры (термометрами сопротивления), давления. Образуют ИС-1 по ГОСТ Р 8.596	Узлы учета тепловой энергии на источниках тепловой энергии (ТЭЦ, РТС, котельных и т. д.)	3 Требуется проверка неизменности программного обеспечения и защищенности его и результатов измерений от несанкционированного изменения
4 Измерительные системы (ИС)	Измерение тепловой энергии. Измерение времени	Измерительные системы тепловой энергии (ИС ТЭ). СОЕВ формируется на всех уровнях ИС ТЭ	Образуют ИС-1 или ИС-2 по ГОСТ Р 8.596	В источниках тепловой энергии, ЦТП, у крупных потребителей со сложными системами теплоснабжения	1 Измерительные преобразователи, приборы и ИВК, входящие в состав ИС ТЭ, должны быть утвержденного типа, поверены. 2 ИС ТЭ, в состав которых входят измерительные преобразователи, измерительные приборы и ИВК, должны быть утвержденного типа, поверены и иметь аттестованную методику измерений тепловой энергии.
		Автоматизированные информационно-измерительные системы коммерческого учета тепловой энергии (АИИС КУТЭ). СОЕВ формируется на всех уровнях ИС ТЭ	Многоуровневые автоматизированные информационно-измерительные системы, образующие ИС-1 или ИС-2 по ГОСТ Р 8.596 и содержащие в своем составе более одного ИВК и (или) ИС ТЭ в качестве измерительных компонентов нижнего уровня, к вычислительным компонентам которых обеспечивается доступ, в том числе удаленный, вычислительного компонента верхнего уровня, консолидирующего измерительную информацию о количестве потребленной/отпущенной тепловой энергии для целей коммерческого учета	В бытовых организациях и бытовых компаниях для коммерческого учета отпускаемой тепловой энергии в муниципальных образованиях в ЖКХ	3 Требуется проверка неизменности программного обеспечения и защищенности его и результатов измерений от несанкционированного изменения. 4 Операции поверки АИИС КУТЭ ориентированы на подтверждение достоверности передачи метрологически значимой информации, могут не включать в себя поверку отдельных измерительных каналов и измерительных компонентов нижнего уровня при обязательном выполнении пункта 1 настоящего перечисления. Тепловая энергия определяется поканально, в результате прямых измерений теплосчетчиком или ИС ТЭ

Приложение Б
(рекомендуемое)

**Требования к метрологическому обеспечению измерительных систем тепловой энергии
в зависимости от классификационных признаков**

Т а б л и ц а Б.1 — Требования к МО ИС ТЭ

Признак классификации	Классы ИС по ГОСТ Р 8.596	
1 По проектированию ИС	ИС-1	ИС-2
Особенности ИС		
1 Номенклатура и число ИК	Могут варьироваться в пределах описания типа	Регламентированы описанием типа
2 Состав ИК	Регламентирован описанием типа	
3 Модернизация	Возможна в пределах описания типа	Не предусмотрена
Процедуры МО ИС ТЭ		
1 Приемо-сдаточные испытания	Проводят либо у изготовителя, либо на объекте	Проводят на объекте
2 Испытания в целях утверждения типа	Проводят для одного или нескольких экземпляров ИС-1, включающих в себя все типы ИК по номенклатуре и составу, регламентированные описанием типа	Проводят для каждого экземпляра ИС-2
3 Первичная поверка до ввода в эксплуатацию	Проводят для каждого экземпляра ИС либо у изготовителя, либо на объекте	Не предусмотрена — свидетельство о поверке оформляют по результатам испытаний в целях утверждения типа
4 Первичная поверка после ремонта	Проводят на объекте	
5 Периодическая поверка	Проводят на объекте	
2 По характеру обслуживания	Необслуживаемые	Обслуживаемые
Процедуры МО ИС ТЭ		
1 Поверка	Только первичная до ввода в эксплуатацию	Как первичная до ввода в эксплуатацию, так и периодическая
2 Техническое обслуживание, настройка, ремонт	Не предусмотрены	Возможны
3 По распределенности на объекте	Локализованные	Распределенные
Особенности МО ИС ТЭ		
1 Число используемого персонала	Достаточно одного специалиста	Не менее двух специалистов
2 Оснащенность персонала средствами связи	Необязательно	Обязательно
3 Требования к эталонам	Существенных требований к габаритным размерам, массе, мобильности не предъявляют	Малогабаритные, легкие, мобильные, с малыми затратами времени на подготовку к работе, сохраняющие МХ в широком диапазоне рабочих условий эксплуатации

Окончание таблицы Б.1

Признак классификации	Классы ИС по ГОСТ Р 8.596	
4 Требования к контролю условий эксплуатации	Достаточен контроль условий эксплуатации в одном помещении	Требуется контроль условий эксплуатации в нескольких помещениях
П р и м е ч а н и я 1 Поверке подлежат измерительные каналы ИС ТЭ в соответствии с перечнем ИК ИС ТЭ, приведенным в описании типа на ИС ТЭ. Поверку измерительных систем, в которых используется для измерений меньшее число измерительных каналов (т. е. для измерений меньшего числа величин или на меньшем числе диапазонов измерений), допускается на основании решения владельца ИС ТЭ (индивидуального предпринимателя, руководителя юридического лица) и в обоснованных технико-экономических случаях проводить только по тем требованиям нормативных документов по поверке, которые определяют пригодность ИС ТЭ для применяемого числа измерительных каналов согласно правилам [13]. Решение владельца ИС ТЭ (технико-экономическое обоснование) об изменении числа ИК ИС ТЭ, предъявляемых на поверку, должно быть оформлено письменно. Соответствующая запись о поверке такой системы должна быть внесена в приложение к свидетельству о поверке и в эксплуатационные документы. 2 Измерительные компоненты ИС ТЭ поверяют с интервалом между поверками, установленным при утверждении их типа. Если очередной срок поверки измерительного компонента наступает до очередного срока поверки ИС ТЭ, поверяют только этот компонент, а поверку ИК и ИС ТЭ в целом не проводят. 3 При замене измерительных компонентов на однотипные ИС ТЭ или их ремонте, а также при введении в действие новых измерительных каналов, однотипных используемым (если это допускается описанием типа), ИС ТЭ подлежит внеочередной поверке, при которой проверяют работоспособность ИС ТЭ в целом и проверяют только те ИК, в которых заменены измерительные компоненты. При положительных результатах внеочередной поверки оформляют дополнительное свидетельство о поверке, на обратной стороне которого приводят идентификационные признаки заменяемых, ремонтируемых, переустанавливаемых или вновь вводимых каналов, а также указание о том, в дополнение к какому свидетельству о поверке ИС ТЭ оформлено данное свидетельство. При этом на основном свидетельстве должна быть отметка о выдаче дополнительного свидетельства. 4 При модернизации ИС ТЭ путем введения новых групп измерительных каналов (ИК) должны быть проведены испытания в целях утверждения типа этих ИК. В составе ИК допускается применение измерительных компонентов аналогичных типов, прошедших испытания в целях утверждения типа с аналогичными техническими и метрологическими характеристиками. При проведении испытаний должна быть проверена работоспособность системы в целом с новыми измерительными каналами. В описании типа этих ИК должно быть указано, в составе какой ИС ТЭ могут быть применены эти каналы. 5 При обновлении ПО ИС ТЭ, расширении/модификации его функций проводят анализ изменений, внесенных в ПО. Если внесенные изменения могут повлиять на метрологически значимую часть ПО, то проводят испытания ИС ТЭ в целях утверждения типа.		

Приложение В
(рекомендуемое)

**Виды деятельности по метрологическому обеспечению на стадиях жизненного цикла
измерительных систем тепловой энергии**

Т а б л и ц а В.1 — Виды деятельности по МО на стадиях жизненного цикла ИС ТЭ

Стадия жизненного цикла ИС ТЭ	Деятельность по МО ИС ТЭ
1 Разработка технического задания	Метрологическая экспертиза технического задания
2 Разработка ИС ТЭ	Метрологическая экспертиза: - проектной документации; - конструкторской документации; - технологической документации; - эксплуатационной документации; - документации на ПО
3 Опытная эксплуатация	1 Оценка соответствия установленным требованиям (в том числе для целей сертификации на электромагнитную совместимость, электробезопасность, искробезопасность, взрывозащиту и др.). 2 Испытания в целях утверждения типа, включая: - определение метрологических и технических характеристик, в том числе показателей точности, выраженных в единицах величин, допущенных к применению в Российской Федерации; - идентификацию программного обеспечения и оценку его влияния на МХ; - разработку или выбор методики поверки и ее опробование; - определение интервала между поверками; - анализ конструкции на наличие ограничений доступа к определенным частям ИС ТЭ (в том числе к программному обеспечению) в целях предотвращения несанкционированной настройки и вмешательства, которые могут привести к искажению результатов измерений. 3 Аттестация методики (метода) измерений
4 Изготовление ИС	1 Метрологическое обеспечение производства ИС ТЭ. 2 Приемосдаточные испытания
5 Ввод в промышленную эксплуатацию	Первичная поверка (калибровка)
6 Промышленная эксплуатация	Периодическая поверка (калибровка)
7 Модернизация: - замена компонентов; - ввод новых ИК; - ввод новых функций; - модернизация ПО	1 Испытания в целях утверждения типа. 2 Первичная поверка (калибровка)
8 Техническое обслуживание и ремонт	Первичная поверка (калибровка)

Приложение Г
(рекомендуемое)

**Требования к регламентации состава и характеристик
измерительных каналов измерительных систем тепловой энергии**

Т а б л и ц а Г.1 — Требования к регламентации состава и характеристик ИК ИС ТЭ

Требования к ИК/признаки классификации ИС	Классы ИС по ГОСТ Р 8.596	
1 По проектированию ИС	ИС-1	ИС-2
1.1 Состав ИК с указанием типов СИ, его образующих, должен быть регламентирован	Для ИК каждого вида	Для каждого экземпляра ИК с указанием места его установки
1.2 Условия эксплуатации компонентов должны быть регламентированы	Для ИК каждого вида или каждого компонента ИС	Для каждого экземпляра ИК, группы ИК или каждого компонента ИС
1.3 Диапазон измерений, нормируемые МХ и методы проверки соответствия МХ установленным нормам должны быть регламентированы	Для ИК каждого вида	Для каждого экземпляра ИК или группы ИК
2 По характеру обслуживания	Обслуживаемые	Необслуживаемые
2.1 Характеристики надежности компонентов должны обеспечивать установленные МХ и характеристики надежности ИС	В течение интервала между поверками	В течение срока службы ИС
2.2 Резервирование компонентов должно обеспечивать	Проведение технического обслуживания и ремонта ИС	Требуемые характеристики надежности ИС
3 По распределенности на объекте	Распределенные	Локализованные
3.1 Условия эксплуатации компонентов должны быть регламентированы, подлежать контролю и обеспечению	В нескольких помещениях	В одном помещении
3.2 К связующим компонентам должны быть регламентированы требования по обеспечению защиты от несанкционированного доступа через линии связи (включая беспроводные) и переходные устройства, а также требования по обеспечению	Надежной (в том числе беспроводной) передачи достоверной информации в условиях электромагнитных помех	Надежной передачи достоверной информации и, преимущественно, измерительных сигналов с их минимально возможными искажениями

Т а б л и ц а Г.2 — Пример регламентации состава ИК ИВК ИС-1

Номер группы ИК	Наименование измеряемой физической величины	Диапазон измерений, единица измерения	Тип/диапазон входного электрического сигнала (по ГОСТ 26.011, ГОСТ 6651)	Пределы допускаемой погрешности ИК
Тип тепловычислителя в составе ИК—СПТ943				
1	Температура	От минус 50 °С до плюс 175 °С	Электрическое сопротивление с термопреобразователя сопротивлений Pt100, 100П (Pt100), 100М (Cu100)	$\Delta = \pm 0,1\text{ }^{\circ}\text{C}$
2	Давление	от 0 до 1,6 МПа (от 0 до 16 кгс/см ²)	Сила электрического тока от 4 до 20 мА	$\gamma = \pm 0,1\text{ }\%$
3	Объем	От 0 до 99 999 999 м ³	Импульсный периодический сигнал с частотой следования импульсов от 0 до 18 Гц или от 0 до 1000 Гц	$\delta = \pm 0,01\text{ }\%$

Окончание таблицы Г.2

Номер группы ИК	Наименование измеряемой физической величины	Диапазон измерений, единица измерения	Тип/диапазон входного электрического сигнала (по ГОСТ 28.011, ГОСТ 8651)	Пределы допускаемой погрешности ИК
4	Масса	От 0 до 99 999 999 т	Вычисляемая величина (результат косвенного измерения)	$\delta = \pm 0,02 \%$
5	Тепловая энергия	От 0 до 99 999 999 ГДж	Вычисляемая величина	$\delta = \pm 0,02 \%$
Тип вычислителя количества теплоты в составе ИК—ВКТ-7				
6	Температура	От 0 °С до 180 °С	100М (Cu'100), 100П (Pt'100), Pt100, 500П (Pt'500), Pt500	$\Delta = \pm 0,1 \text{ } ^\circ\text{C}$
7	Масса	От 0 до 10^6 т	Вычисляемая величина	$\delta = \pm 0,1 \%$
8	Тепловая энергия	От 0 до 10^7 ГДж	Вычисляемая величина	$\delta = \pm (0,1 + 3/\Delta t) \%$, где Δt — измеренная разность температур, °С
9	Температура	От минус 25 °С до плюс 125 °С	Pt1000	$\Delta = \pm 1,5 \text{ } ^\circ\text{C}$
П р и м е ч а н и е — В таблице приняты следующие обозначения: Δ — абсолютная погрешность; γ — приведенная погрешность; δ — относительная погрешность.				

Приложение Д
(рекомендуемое)

Требования к метрологическому обеспечению автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета тепловой энергии

К АИИС КУТЭ, создаваемым, как правило, при необходимости учета потребления тепловой энергии с использованием большого числа (от нескольких сотен до нескольких десятков тысяч) измерительных каналов, предъявляются специфические требования, включая требования к их метрологическому обеспечению.

АИИС КУТЭ, предназначенные в соответствии с Федеральным законом [4] для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, подлежат государственному регулированию в таких формах, как утверждение типа средства измерений, первичная и периодическая поверки.

Метрологическая экспертиза проекта АИИС КУТЭ (для ИС-2), которую, если иное не установлено законодательством, проводят, как правило, на добровольной основе, направлена на снижение рисков изготовителя и заключается в обнаружении нарушений метрологических норм и правил при испытаниях системы в целях утверждения типа.

При испытаниях в целях утверждения типа допускается в описании типа на АИИС КУТЭ приводить только перечень возможных групп измерительных каналов, совпадающих, как правило, с типами измерительных компонентов нижнего уровня (теплосчетчиков и/или ИС ТЭ), при условии, что все используемые измерительные компоненты — средства измерений утвержденных типов, без перечисления всех измерительных каналов, входящих в состав АИИС КУТЭ, если испытываемая система отвечает следующим требованиям:

1 Обеспечение системной функции — способность системы принимать, хранить и предоставлять измерительную и служебную информацию по заданному регламенту без существенных (явных) искажений, задержек, от произвольного числа измерительных компонентов в пределах заданного множества.

П р и м е ч а н и я

1 Существенные (явные) искажения информации — такие искажения, которые могут быть выявлены при анализе достоверности.

2 Несущественные (неявные) искажения информации — такие искажения, которые не могут быть выявлены при анализе достоверности, но могут повлиять на погрешность измерений.

3 Существенная задержка — задержка, при которой измерительная информация теряет свою актуальность.

2 Достоверизация — способность системы анализировать принимаемую информацию относительно ее достоверности по заданным критериям. В качестве критериев достоверности могут быть использованы: результаты идентификации источника информации, нахождение измеряемых величин в допустимых диапазонах, сведения о статусе применяемых СИ, в том числе действующие результаты поверки, результаты анализа журнала событий, отражающего состояние компонентов системы нижнего уровня с целью выявить нештатные ситуации за период достоверизации и другие критерии.

3 Защищенность — способность системы противостоять случайным или преднамеренным несанкционированным воздействиям (с обязательным отображением в журнале событий санкционированных воздействий), приводящим к потере или искажению [существенному (явному) или несущественному (неявному)] измерительной информации.

4 Адаптивность — способность системы автоматически или с помощью оператора сохранять свои функциональные и метрологические характеристики при изменении состава и числа ИК в пределах заданного множества.

В рамках поверки АИИС КУТЭ, отвечающей вышеперечисленным требованиям, допускается не проводить проверку метрологических характеристик отдельных ИК, входящих в АИИС КУТЭ. В этом случае перечень операций поверки включает в себя проверку выполнения перечисленных требований методами, изложенными в методике поверки АИИС КУТЭ.

Библиография

- | | |
|--|--|
| [1] Рекомендации по межгосударственной стандартизации РМГ 29—99 | Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения |
| [2] Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | |
| [3] Методические рекомендации по техническим требованиям к системам и приборам учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии (утверждены приказом Минпромторга России от 21 января 2011 г. № 57) | |
| [4] Федеральный закон от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» | |
| [5] Рекомендации по межгосударственной стандартизации РМГ 74—2004 | Государственная система обеспечения единства измерений. Методы определения межповерочных и межкалибровочных интервалов средств измерений |
| [6] Рекомендации по метрологии МИ 3290—2010 | Государственная система обеспечения единства измерений. Рекомендация по подготовке, оформлению и рассмотрению материалов испытаний средств измерений в целях утверждения типа |
| [7] Рекомендации по метрологии МИ 3286—2010 | Государственная система обеспечения единства измерений. Проверка защиты программного обеспечения и определение ее уровня при испытаниях средств измерений в целях утверждения типа |
| [8] Рекомендации по метрологии МИ 2479—98 | Государственная система обеспечения единства измерений. Теплосчетчики в составе автоматизированных систем. Типовая программа испытаний для целей утверждения типа |
| [9] Рекомендации по метрологии Р 50.2.077—2011 | Государственная система обеспечения единства измерений. Испытания средств измерений в целях утверждения типа. Проверка обеспечения защиты программного обеспечения |
| [10] Порядок проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа (утвержден приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 30 ноября 2009 г. № 1081) | |
| [11] Правила по метрологии ПР 50.2.016—94 | Государственная система обеспечения единства измерений. Российская система калибровки. Требования к выполнению калибровочных работ |
| [12] Рекомендации по метрологии МИ 2304—2008 | Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологический надзор, осуществляемый метрологическими службами юридических лиц. Общие положения |
| [13] Правила по метрологии ПР 50.2.006—94 | Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок проведения поверки средств измерений |

УДК 389.14.089.6:006.354

ОКС 17.020

Т84.1

Ключевые слова: средства измерений тепловой энергии, теплосчетчик, метрологическое обеспечение, тепловая энергия, испытания в целях утверждения типа, поверка, калибровка

Редактор *М.В. Глушкова*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *М.И. Першина*
Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Сдано в набор 10.07.2013. Подписано в печать 25.07.2013. Формат 60 × 84 $\frac{1}{8}$. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 2,32. Уч.-изд. л. 1,65. Тираж 138 экз. Зак. 813.

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ.
Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Ляпин пер., 6.