

**ПРОДУКТЫ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЕ**  
**Метод определения температуры застывания**

Silicon organic products.  
 Method for determination of congelation temperature

**ГОСТ**  
**20841.3—75**

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 19 мая 1975 г. № 1343 срок введения установлен

Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 26.03.85 № 641  
 срок действия продлен

с 01.01.76

до 01.01.91

Насоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на кремнийорганические продукты и устанавливает метод определения температуры застывания продуктов, имеющих температуру застывания ниже минус 70°C.

Сущность метода заключается в определении той температуры, при которой испытуемый продукт в условиях опыта загустевает так, что при наклоне пробирки с продуктом под углом 45° уровень продукта остается неподвижным в течение 1 мин.

**1. ПРИБОРЫ И РЕАКТИВЫ**

1.1. Для определения температуры застывания применяются: прибор для определения температуры застывания, состоящий из двух пробирок, изготовленных из термостойкого стекла, со сферическими днищами: внутренняя пробирка высотой  $220 \pm 10$  мм и внутренним диаметром  $20 \pm 2$  мм для заливания продукта и пробирка-муфта высотой  $180 \pm 10$  мм и внутренним диаметром  $40 \pm 2$  мм. Первую пробирку эланают в пробирку-муфту так, чтобы расстояние между ними в нижней части было 20 мм;

сосуд Дьюара, вместимостью 1 лм<sup>3</sup>;

термометр стеклянный жидкостной по ГОСТ 9177—74, с пределом измерений от минус 100 до плюс 20°C;

термопара хромель-копелевая с холодным спаем;

карман стеклянный для термопары высотой  $240 \pm 10$  мм и внутренним диаметром по размеру термопары (около 6 мм);

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Переназдание. Август 1986 г.

потенциометр постоянного тока типа ПП;  
штатив с держателями;  
азот жидкий технический по ГОСТ 9293—74.

## 2. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

2.1. В сухой чистый прибор наливают продукт на высоту 30 мм. Прибор плотно закрывают корковой или резиновой пробкой с вставленным в нее термометром (если предполагаемая температура застывания выше минус 100°C) или в стеклянний карман вставляют термопару (если предполагаемая температура застывания ниже минус 100°C). Термометр и термопару укрепляют так, чтобы они проходили по оси прибора, а конец термопары или термометра находился на расстоянии 10 мм от дна пробирки.

## 3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

3.1. Прибор с продуктом и неподвижно закрепленным термометром (или термопарой) помещают в сосуд Дьюара, куда предварительно залит жидкий азот настолько, чтобы прибор находился в парах азота. Скорость охлаждения продукта 1°C в 1 мин. Когда продукт в приборе достигнет температуры на 20°C выше предполагаемой, охлаждение ведут со скоростью 1°C в 3 мин. При достижении температуры, намеченной для определения застывания, прибор вынимают из сосуда Дьюара, наклоняют под углом 45°, держат в таком положении в течение 1 мин и наблюдают, не сместился ли мениск продукта. Если мениск сместился, то продукт выдерживают при комнатной температуре до установления мениска, а затем охлаждают на 4—5°C ниже предыдущей температуры и так до тех пор, пока мениск останется неподвижным.

После установления границы застывания (переход от подвижности к неподвижности и наоборот), определение повторяют, повышая или понижая температуру на 2°C пока не будет установлена та температура, при которой мениск продукта останется неподвижным, а при повторении испытания при температуре на 2°C выше, он сдвигается.

Эта температура фиксируется, как установленная для данного опыта.

Для установления температуры застывания продукта проводят четыре параллельных испытания, начиная второе — с температурой на 2°C выше установленной при первом испытании.

За температуру застывания принимают среднее арифметическое четырех параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми не должны превышать 2°C.

**Изменение № 1 ГОСТ 20841.3—75 Продукты кремнийорганические. Метод определения температуры застывания**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 30.03.90 № 714**

**Дата введения 01.10.90**

Под наименованием стандарта проставить код: **ОКСТУ 2209.**

Пункт 1.1. Третий абзац. Заменить слова: «вместимостью 1 дм<sup>3</sup>» на «вместимостью не менее 1 дм<sup>3</sup>»;

*(Продолжение см. с. 224)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 20841.3-75)*

четвертый абзац. Заменить ссылку ГОСТ 9177-74 на ГОСТ 27544-87;  
пятый абзац дополнить словами: «с погрешностью измерения 0,2 мВ»;  
седьмой абзац дополнить словами: «по ГОСТ 9245-79, класс точности  
0,05 мВ»;

дополнить абзацем: «Допускается применение других средств измерения с  
метрологическими характеристиками не хуже указанных в настоящем стандарте».

Пункт 3.1. Первый абзац. Заменить слова: «при комнатной температуре» на  
«при температуре 15—35 °С».

*(ИУС № 7 1990 г.)*