

**к ГОСТ Р 8.601—2003 Государственная система обеспечения единства измерений. Давление насыщенных паров нефти и нефтепродуктов. Методика выполнения измерений**

| В каком месте  | Напечатано   | Должно быть  |
|--|--|--|
| Приложение В.<br>Формула В.1<br>таблица В.1. Головка | $PVPE=2,964 \cdot 10^{-4}$<br>Показания прибора типа<br>АЛП-01, ДП-01, кПа,<br>по методу Рейда | $PVPE=2,966 \cdot 10^{-3}$<br>Показания аппарата<br>ЛДП, кПа, по методу<br>Рейда |

(ИУС № 6 2004 г.)