

Поправка к ГОСТ Р 51947—2002 Нефть и нефтепродукты. Определение серы методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектроскопии

| В каком месте | Напечатано | Должно быть |
|------------------------------|--|--|
| Пункт 4.3 | с содержанием серы не менее 2 мг/кг. | с содержанием серы менее 2 мг/кг. |
| Пункт 6.1.4. Первый абзац | при подготовке стандартных растворов, содержит воду, | при подготовке стандартных растворов, содержит серу, |

(ИУС № 6 2008 г.)